


9 Схема установки тензопреобразователей серии С



(+) - положительное направление силы

(-) - отрицательное направление силы

1 - штифт

2 - рычаг тензопреобразователя

10 Пример записи обозначения тензопреобразователя при заказе

Тензопреобразователь серии С с номинальным значением диапазона преобразуемой силы 50 Н, имеет условное обозначение:

Тензопреобразователь С 50 ТУ 26.51.66-005-37400562-2023.

Примечание - Длина проводов может быть изменена при согласовании заказчика с предприятием-изготовителем, при этом в заказе должно стоять численное значение длины проводов, например:

Тензопреобразователь С 50-L150 ТУ 26.51.66-005-37400562-2023.

11 Маркировка

Маркировка на корпусе тензопреобразователя должна содержать: условное обозначение тензопреобразователей и порядковый номер.

Дата		Общество с ограниченной ответственностью "Микротензор"		Тензопреобразователи силы серии С		
Подпись						
Лист		РФ, 302040, г.Орел, ул. Ломоносова, 6, помещение 2 Тел.: +7(4862) 303-450, e-mail: ooo@microtensor.ru		М-191 2023	Лист 5	Листов 5
Изм.						